

Sicherheitshinweise

Gerätenutzung:

Der Voice Selector Study mit kabellosen Ohrhörern ist eine einzigartige unterstützende Hörlösung, die Umgebungsgeräusche reduziert und in die ausgewählte Hör-Richtung fokussiert.

Die Lager- und Betriebstemperatur sollte zwischen 10° und 45°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 95 % liegen.

Gerätereinigung:

Das Gerät sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Hinweise zur Entsorgung elektronischer Geräte:

Elektroschrott ist gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen. Nuance Hearing Ltd. empfiehlt, das Gerät über die regionale Entsorgung von elektronischen Geräten zu recyceln. Lokalen Gesetzen ist dabei Folge zu leisten.

Gemäß den Vorschriften sind wir verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

- Warnung: Längeres Hören mit hoher Lautstärke wird nicht empfohlen und kann zu irreversiblen Gehörschäden führen.
- Warnung: Die Verwendung von Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen, die nicht von Nuance Hearing geliefert wurden, kann die Nutzung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Die Batterie im Voice Selector Study und in den drahtlosen Ohrhörern ist nicht austauschbar und sollte nicht ersetzt werden.
- Wenn Sie andere Medizingeräte nutzen oder implantierte Medizingeräte wie einen Defibrillator oder einen Herzschrittmacher tragen und sich Sorgen über mögliche Interferenzen machen, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres Medizingeräts nach Störungsrisiken.

Normen und Vorschriften:

Voice Selector Study und die kabellosen Ohrhörer erfüllen strengste internationale Standards für elektronische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

